

DT 德生

报告编号: M2021051201



检验检测报告



委 托 方 : 杭州包尔得新材料科技有限公司
生 产 单 位 : 杭州圭臬新材料科技有限公司
产 品 名 称 : 有机硅精密薄膜
检 验 类 别 : 委托检验



威海德生技术检测有限公司



声明

1. 报告无检测机构检验检测专用章无效。
2. 报告未经检测机构书面批准不得复制。
3. 复制检验检测报告未重新加盖检测机构检验检测专用章无效
4. 报告无审核人、批准人签字无效
5. 报告涂改无效。
6. 对检验检测报告若有异议，应于收到报告之日起 15 个工作日内提出，逾期不予受理。
7. 报告仅对来样负责。

地址： 山东省威海市火炬高技术产业开发区双岛路 369 号 6 号楼

邮编： 264200

电话： 0631-5184073

E-Mail: weihaidt@126.com




威海德生技术检测有限公司 检验检测报告

No.M2021051201

共 3 页 第 1 页

委托方	杭州包尔得新材料科技有限公司		
委托方地址	浙江省杭州市钱塘区下沙经济技术开发区 5 号大街 188 号		
联系方式	13073650296		
样品名称	有机硅精密薄膜	样品编号	M2021051201
来样方式	邮寄	检验类别	委托检验
规格型号	KYQ-300	生产批号	/
样品状态	袋装, 完好	有效期	/
样品数量	20 个	检验数量	10 个
收样日期	2021.05.12	检测日期	2021.05.17
检测项目	微粒污染		
判定依据	GB 8368-2018		
符合性声明	检测工作依据标准方法进行, 无对检测方法的偏离、增添和删节, 检测环境条件符合要求。		
检验结论	该产品微粒污染按 GB 8368-2018 进行检测, 检测项目结果仅提供数据, 不作结论。  签发日期: 2021年 05 月 19 日		
备注	1 本次检验结果仅对来样负责, 样品来源信息为客户提供, 本实验室不负责其真实性。 2 报告中“/”表示此项空白。		

批准: 
(王晓君)审核: 
(于萌华)编制: 
(于明磊)



威海德生技术检测有限公司
检验检测报告

No.M2021051201

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	检测依据	标准/判定要求	检验结果	单项结论
1	微粒污染	GB 8368-2018	/	微粒污染指数：19	/

备注：除去测试样品两侧保护膜，用500mL试验液冲洗，收集冲洗液上机测试。



威海德生技术检测有限公司
检验检测报告

No.M2021051201

共 3 页 第 3 页

样品照片

M2021051201



*****报告结束*****